

Modell • Model • Modèle • Modello • Modelo

MAVO-SPOT 2 USB

Seriennummer • Serial number • Numéro de série • Numero di serie • Número de serie

0741573

Beleuchtungsstärke • Illuminance • Éclairement • Illuminamento • Iluminancia

Sollwert Nominal value Valeur nominale Valore nominale Valor nominal	Istwert Actual value Valeur instantanée Valore effettivo Valor instantáneo	Zulässige Abweichung Permissible deviation Déviation acceptable Scostamento ammesso Desviación permitida
--	--	--


1000 cd/m² 1003 cd/m² ± 3 % ± 1 digit


Klassifizierung • Classification • Classification • Classificazione • Clasificación


DIN 5032-7, DIN EN 13032-1, CIE 69 Klasse B • Class B • Classe B • Classe B • Clase B


Prüfer • Inspector • Vérifieur • Verificatore • Verificador




 Hiermit bestätigen wir, dass dieses hochwertige GOSSSEN Produkt unter Beachtung unseres zertifizierten Qualitätssicherungssystems nach DIN EN ISO 9001:2008 abgeglichen wurde. Die dafür verwendeten Messeinrichtungen unterliegen der Prüfmittelüberwachung und werden regelmäßig kalibriert. Sie sind rückführbar auf die nationalen Normale, mit denen die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) in Deutschland die physikalischen Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI) darstellt. Zum Zeitpunkt der Auslieferung hat das Produkt seinen angegebenen Spezifikationen und Toleranzen entsprochen.

 Hereby we certify that this premium GOSSSEN product was calibrated in strict accordance with our certified quality assurance system DIN EN ISO 9001:2008. The used test and measuring equipment is liable to the supervision of inspection, measuring and test equipment and is calibrated regularly. Thus it is traceable to the national standards maintained by the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) of Germany for the realisation of the physical units according to the international systems of units (SI) is secured. At the time of delivery the product was in accordance with its stated specifications and tolerances.

 Nous confirmons par la présente que ce produit de qualité GOSSSEN a été ajusté conformément à notre système d'assurance de la qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001: 2008. Les appareils de mesure utilisés à cette fin font l'objet de la surveillance et sont étalonnés régulièrement. Ils sont traçables aux normes nationales avec lesquelles le Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) en Allemagne constitue les unités physiques en conformité avec le système international d'unités (SI). Au moment de la livraison, le produit a été conforme à ses spécifications et aux tolérances publiées.

 Confermiamo che questo prodotto di qualità GOSSSEN è stato rettificato in conformità con il nostro sistema di garanzia della qualità certificato secondo DIN EN ISO 9001:2008. I dispositivi di misura utilizzati per questo scopo sono soggette al controllo e sono regolarmente calibrati. Sono riconducibili a norme nazionali con cui il Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) in Germania è le unità fisiche, in conformità con il sistema internazionale di unità (SI). Al momento della consegna, il prodotto ha incontrato le sue specifiche e le tolleranze pubblicate.

 Por la presente confirmamos que esta calidad de los productos GOSSSEN se ha ajustado según nuestro sistema de aseguramiento de calidad certificado según la norma DIN EN ISO 9001:2008. Los dispositivos de medición utilizados para este fin están sujetas a la supervisión y son calibrados periódicamente y con trazabilidad a las normas nacionales que el Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) en Alemania es las unidades físicas, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). En el momento de la entrega, el producto cumplió con sus especificaciones y tolerancias publicados.

